

عطاء رقم 3/ل/2017

توريد وتركيب وتشغيل جهاز NMR مع ملحقاته/ كلية العلوم  
إعادة طرح

DESCRIP0TIONS	الكمية (1)
~ Frequency 80 MHz ~	
Nucleus – At least Proton <sup>1</sup> H and <sup>13</sup> C	
Sample Form – Solution ~/Spinning slandered 5 mm NMR tube	
Resolution – 0.5 Hz/ 20Hz	
Signal-to-Noise Ratio – 200:1	
Magnet Type – Permanent (Electrical)	
Magnet Temperature – 8C above Ambient Temperature to 45C.	
Power – 100/230 VAC, 50/60Hz, 150 W	
1 D + 2 D NMR Experiments	
<b>PC COMPUTER AND PRINTER DISCRPTION</b>	
<b>Computer:</b>	الكمية (1)
1- Core i7 2- Ram 8G 3- H.D one Tera 4- Finger print + (20” LCD Monitor) + Original Windows 7 Copy	
<b>Printer:</b>	الكمية (1)
HP , Capacity 3000 paper , Colored , 1G memory	
2- Air condition + Standing Freezer for Solvents	

- دورة تدريبية متخصصة على برمجيات الجهاز وطريقة عملة لشخصين في الشركة الصانعة.
- تعبأ البيانات أعلاه حسب النموذج المرفق.